

PRO6155 • Leitfähigkeitselektrode $k = 1, 2 - 3000 \mu\text{S}/\text{cm}$

Zellkonstante $k = 1 \cdot 2 - 3000 \mu\text{S}/\text{cm}$ • ohne Temperatursensor • 5-poliger Rundstecker

K = 1

2 - 3000 MS/CM

OHNE ATC

0-80 °C

Φ12×120 MM

5-POLIGER RUNDSTECKER



PRO6155 ist eine Leitfähigkeitsmesszelle aus Glas mit der Zellkonstante $k = 1$ für den unteren Bereich — Leitungs- und Trinkwasser, Regen- und Oberflächenwasser. Sie hat keinen Temperatursensor, die Temperatur wird also mit einem separaten Fühler oder Thermometer gemessen.

So ist sie aufgebaut



ZELLKONSTANTE
 $k = 1 \text{ cm}^{-1}$

Für allgemeine Wasser- und Abwasserproben.



ZELLENMATERIAL
Glas

Bleifreies Glas, leicht zu reinigen, für organische Lösungen geeignet. Zerbrechlich.



TEMPERATURSENSOR
Keiner

Temperatur mit separatem Fühler oder Thermometer messen.



ANSCHLUSS
5-poliger Rundstecker

Für Leitfähigkeitsmessgeräte mit 5-poligem Rundsteckereingang.

ZELLKONSTANTE
 $k = 1 \text{ cm}^{-1}$

BEREICH
 $2 - 3000 \mu\text{S}/\text{cm}$

TEMPERATUR
Separater Fühler

GEEIGNET FÜR
Trink- und Oberflächenwasser

Warum diese Elektrode

Auf den Bereich abgestimmt: Die Zellkonstante $k = 1$ deckt $2 - 3000 \mu\text{S}/\text{cm}$ ab.

Einfach und robust: Kein Temperatursensor in der Zelle; die Temperatur wird mit einem separaten Fühler oder Thermometer gemessen.

PRO6155 • Leitfähigkeitselektrode $k = 1, 2 - 3000 \mu\text{S}/\text{cm}$

Technische Parameter

Parameter	Spezifikation
Modell / Bestellnummer	PRO6155
Elektrodentyp	Leitfähigkeitselektrode
Zellkonstante	k = 1 cm ⁻¹
Leitfähigkeitsbereich	2 – 3000 µS/cm
Temperaturmessung	Keiner
Arbeitstemperatur	0 – 80 °C
Sensormaterial	Glas
Durchflusszelle	Keiner
Abmessungen	Φ12 × 120 mm
Anschluss	5-poliger Rundstecker

Kalibrierung: mit einem Leitfähigkeitsstandard nahe dem erwarteten Probenwert kalibrieren.



5-poliger Rundstecker. Wird an Leitfähigkeitsmessgeräte mit 5-poligem Rundsteckereingang angeschlossen.

Empfohlene Proben

Probe	Leitfähigkeit
Leitungs- und Trinkwasser, Regenwasser, Oberflächenwasser, organische Lösungen, Wasserstoffperoxid-Systeme	2 µS/cm – 3000 µS/cm

So wählen Sie die Zellkonstante

Probe	Bereich	Zelle
Reinstwasser	0,055 – 2 µS/cm	k = 0,01
Reines, entionisiertes Wasser	1 – 200 µS/cm	k = 0,1
Trinkwasser, Oberflächenwasser, Regenwasser	2 – 3000 µS/cm	k = 1
Abwasser, Meerwasser, Saft	20 µS/cm – 200 mS/cm	k = 1 / k = 10

Bestelldaten

Bestellnummer: PRO6155

Anschluss: 5-poliger Rundstecker — vor der Bestellung den Eingang des Messgeräts prüfen.

Zubehör: Leitfähigkeitsstandards.

VERTRIEB UND SUPPORT

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slowenien

SCHNELLKONTAKT

 colo.si/de

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • UNTERSTÜTZUNG BEI DER ELEKTRODENAUSWAHL

Nicht sicher, welche Zellkonstante Ihre Proben brauchen?

Senden Sie uns Gerätemodell, Probenart und erwartete Leitfähigkeit — wir bestätigen die Elektrode oder schlagen eine besser passende aus dem Katalog vor.

Die technischen Werte dienen der Produktauswahl. Für die Lieferung ist die im Angebot von COLO.Science bestätigte Konfiguration verbindlich.

PRO6155 — PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

ELEKTRODENKATALOG

ANGEBOT ANFORDERN